



ATA COMPLEMENTAR DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N. 2018/5020017-01

Ata complementar de Julgamento referente à Tomada de Preço n.º **2018/5020017-01**, do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do edital para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (Auto Clave, Centrifuga, Destilador de Agua, ...)**, Conforme descrição completa no anexo IV e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2017 de trinta do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta, reuniram-se às dez horas do dia nove do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, para complementar a ata de julgamento em relação ao item 04 da empresa **PRODHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** na qual o projeto não possui o valor integral para aquisição, sendo assim a comissão solicitou uma nova proposta a empresa diminuindo o valor proposto ao item para a aquisição do projeto, a empresa **PRODHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** encaminhou uma nova proposta aceita pela comissão e então **DECLARA VENCEDORA** as empresas conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação.

Silvia Binotto
Presidente

Jaqueline Giacomelli da Silveira
Presidente Substituto

Tatiane Machado Silva
Membro

Marta Lucia Santini da Silveira
Membro

Eliana Hoffmann
Membro



TABELA DE VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO R\$
1.	Microcentífuga refrigerada de bancada com rotor de ângulo fixo com capacidade máxima de 24 ou 32 microtubos de 2 ml. Display digital que forneça indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s), temperatura (°C) e mensagem de desbalanceamento e porta aberta. Temperatura de -10°C a 40°C, com ajuste de 1°C em 1°C. Velocidade máxima maior ou igual a 14.000 RPM com ajuste de 10 RPM em 10 RPM (ou menos). Tempo de processo de 1 a 99 minutos (ou mais) com ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo). Com diferentes níveis ajustáveis de aceleração e frenagem. Alimentação em rede de 220V.	01	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI – EPP	13.900,00
2.	Centrífuga de bancada com rotor de ângulo fixo para tubos de 50 ml (tipo falcon) com capacidade máxima maior ou igual a 8 tubos de 50 ml. Display digital que forneça indicação direta de velocidade (RPM), força centrífuga (RCF), tempo (min./s) e mensagem de desbalanceamento e porta aberta. Velocidade máxima maior ou igual a 6.000 RPM com ajuste de 10 RPM em 10 RPM (ou menos). Tempo de processo de 1 a 99 minutos (ou mais) com ajuste de 1 em 1 minuto (ou segundo). Com diferentes níveis ajustáveis de aceleração e frenagem. Alimentação em rede de 220V.	01	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI – EPP	7.700,00
3.	Destilador de água. Alimentação em rede de 220V	01	PRODHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	785,57
4.	Autoclave vertical analógica com volume mínimo de 40 litros. Câmara de esterilização em aço inoxidável. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Alimentação em rede de 220V.	01	PRODHOSP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.300,00