



**ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2016/5040001-09**

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2016/5040001-09, do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital **REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE FREEZER, pelo período de 12 meses. PARA O PROJETO Nº 5.04.0001**, e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2016, de trinta e um de maio do ano de dois mil e dezesseis, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária Silvia Binotto, Presidente, Jaqueline Giacomelli da Silveira, Presidente Substituto, Tatiane Machado Silva, Neida Fantinel Iop, Marta Lucia Santini da Silveira, Membros, reuniram-se às quatorze horas do dia vinte do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento da proposta apresentada pela empresa: **SUDMED SERVICE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-LABORATORIAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME** já habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer técnico do Professor Coordenador Sergio Luiz Dalmora, a Comissão de Licitações decide **DECLARAR VENCEDORA** a empresa conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação.

\_\_\_\_\_  
Silvia Binotto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Jaqueline Giacomelli da Silveira  
Presidente Substituta

\_\_\_\_\_  
Marta Lucia Santini da Silveira  
Membro

\_\_\_\_\_  
Tatiane Machado Silva  
Membro

\_\_\_\_\_  
Neida Fantinel Iop  
Membro



## TABELA DE VALORES R\$

Item	Equipamento	Especificação para Manutenção/Concerto	Quantidade-de Manutenção/concerto/Ano	Valor Unitário R\$
01	Freezer - 80°C Marca: REVCO Modelo: ULT2186-5D34, número de série T07L-533327-TL	- Mão-de-obra para manutenção de um Ultra Freezer -80 °C Revco, executando a retirar gás do compressor de 1º estágio, vácuo, testes de vazamento com N2 e recarga de gás refrigerante R404, testes funcionais e reprogramação do equipamento;	1	2.490,00
02	Freezer - 80°C Marca: REVCO Modelo: ULT2186-5D34, número de série T07L-533327-TL	- Mão-de-obra para manutenção de um Ultra Freezer -80 °C Revco, executando a troca do compressor do 2º estágio, colocação do gás estágio, testes funcionais e reprogramação do equipamento;	1	2.240,00
03	Freezer - 80°C Marca: REVCO Modelo: ULT2186-5D34, número de série T07L-533327-TL	- Gás refrigerante 2º estágio Ultra Freezer Revco;	1	6.250,00
04	Freezer - 80°C Marca: REVCO Modelo: ULT2186-5D34, número de série T07L-533327-TL	- Compressor 2º estágio para Ultra Freezer Revco;	1	8.250,00
05	Freezer - 80°C Marca: REVCO Modelo: ULT2186-5D34, número de série T07L-533327-TL	- Bateria selada para Ultra Freezer Revco.	1	690,00
06	Freezer - 40°C Marca: SANYO Modelo: MDF-U442, número de série 60403043	- Mão-de-obra para manutenção de um Ultra Freezer -40°C Sanyo, executando a retirar gás do compressor de 1º estágio, vácuo, testes de vazamento com N2 e recarga de gás refrigerante R404, testes funcionais e reprogramação do equipamento;	1	2.490,00
07	Freezer - 40°C Marca: SANYO Modelo: MDF-U442, número de série 60403043	- Mão-de-obra para manutenção de um Ultra Freezer -40°C Sanyo, executando a troca do compressor do 1º estágio, testes funcionais e reprogramação do equipamento;	1	2.240,00



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

<b>08</b>	<b>Freezer - 40°C</b> <b>Marca: SANYO</b> <b>Modelo:</b> <b>MDF-U442,</b> <b>número de série</b> <b>60403043</b>	- Gás refrigerante 1º estágio Ultra Freezer -40°C Sanyo;	<b>1</b>	<b>2.150,00</b>
<b>09</b>	<b>Freezer - 40°C</b> <b>Marca: SANYO</b> <b>Modelo:</b> <b>MDF-U442,</b> <b>número de série</b> <b>60403043</b>	- 01 unidade - Compressor 1º estágio para Ultra Freezer -40°C Sanyo.	<b>1</b>	<b>4.990,00</b>