



### ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 2013/100259-01

“Ata da sessão de JULGAMENTO das propostas referente à Tomada de Preços n.º 2013/100259-01, do tipo “menor preço unitário”, segundo especificado no item 02 do Edital de “**MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO**”, **PARA O PROJETO 1.00.259**, conforme descrição completa no anexo IV, e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por Legislação Posterior, A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2013 de vinte e dois de fevereiro de dois mil e treze, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO Presidente, LIDIANE DANIELA TOSO, Presidente Substituto, GEISON ROSO BERLEZI, Membro, TATIANE MACHADO SILVA, Membro e JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Membro Substituto, reuniram-se às nove horas do dia onze de abril de dois mil e treze, na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento da proposta apresentada pela empresa **DINATEST INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA**, tendo em vista o Parecer Técnico do Coordenador do Projeto o Sr. Mauro L. Just a Comissão de Licitações decide pela CLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela empresa licitante. A Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para homologação e Adjudicação. E nada mais a constar, foi lavrada a presente Ata que vai assinada pela Comissão de Licitações.

---

Silvia Binotto  
Presidente

---

Tatiane Machado Silva  
Membro Substituto

---

Geison Roso Berlezi  
Membro

---

Jaqueline Giacomelli da Silveira  
Membro



ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VLR. UN R\$	EMPRESA
1	<p><b>MAQUINA DE ENSAIOS DE COMPREENSÃO, MARCA WPM, MOD. DRMB 300, TIPO ELETRO HIDRÁULICA, CAP. MÁX. 300MP, Nº 265/5, Nº PATR. 081589, ANO 1968, COM TRES FAIXAS NOMINAIS: 300 – 150 E 50 MP. FAIXA DE 300TF CALIBRAÇÃO ATÉ 200TF.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Limpeza e lubrificação das articulações;</li><li>• Limpeza no sistema de medição e no reservatório de óleo;</li><li>• Substituição do óleo;</li><li>• Testes de funcionamento;</li><li>• Calibração das forças à compreensão e emissão de certificado conforme IT-003 baseado na norma ABNT NBR NM – ISO 7500-1:2004;</li><li>• Calibração das forças após o ajuste à compreensão emissão de certificado conforme IT-003 baseado na norma ABNT NBR NM – ISO 7500-1:2004;</li></ul> <p><b>OBS: OS VALORES DA VISITA TÉCNICA DEVEM ESTAR INCLUIDOS NOS VALORES DA MANUTENÇÃO</b></p>	01	3.222,000	DINATEST
2	<p><b>MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAIO, MARCA WPM, MOD. ZD100, TIPO ELETRO-HIDRÁULICA, CAP. MÁXIMA 100MP, Nº 283/10, Nº PATR. 50548, ANO 1969, COM QUATRO FAIXAS NOMINAIS: 100 – 40 - 20 E 10 MP.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Limpeza e lubrificação das articulações;</li><li>• Limpeza no sistema de medição e no reservatório de óleo;</li><li>• Substituição do óleo;</li><li>• Reparo no sistema de seleção e aplicação de carga;</li><li>• Reparo no sistema automático de aplicação de carga;</li><li>• Testes de funcionamento;</li><li>• Calibração das forças à compreensão e emissão de certificado conforme IT-003 baseado na norma ABNT NBR NM – ISO 7500-1:2004;</li><li>• Calibração das forças após o ajuste à compreensão emissão de certificado conforme IT-003 baseado na norma ABNT NBR NM – ISO 7500-1:2004;</li></ul> <p><b>OBS: OS VALORES DA VISITA TÉCNICA DEVEM ESTAR INCLUIDOS NOS VALORES DA MANUTENÇÃO.</b></p>	01	3.463,00	DINATEST



3	<p><b>PÓRTICO PARA ENSAIOS DE CONCRETO MARCA WPM, MOD. PZA, TIPO ELETRO HIDRÁULICA. CAP. MAX. 20TF, N° 298.25/3, N° PATR. 081592, COM DUAS FAIXAS NOMINAIS: 100 E 200Kg/ cm<sup>2</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Limpeza no sistema de medição e no reservatório de óleo;</li><li>• Substituição do óleo;</li><li>• Testes de funcionamento;</li><li>• Calibração das forças à compreensão e emissão de certificado conforme IT-003 baseado na norma ABNT NBR NM – ISO 7500-1:2004;</li><li>• Calibração das forças após o ajuste à compreensão emissão de certificado conforme IT-003 baseado na norma ABNT NBR NM – ISO 7500-1:2004;</li></ul> <p><b>OBS: OS VALORES DA VISITA TÉCNICA DEVEM ESTAR INCLUIDOS NOS VALORES DA MANUTENÇÃO</b></p>	01	2.506,00	DINATEST
4	<p><b>MAQUINAS DE ENSAIOS DE COMPREENSÃO, MARCA EMIC, CAP. MÁX. 200TF, N° PATR. FATEC 8441, COM UMA FAIXA NOMINAL: 10 À 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Calibração das forças à compreensão e emissão de certificado conforme IT-003 baseado na norma ABNT NBR NM – ISO 7500-1:2004;</li><li>•</li></ul> <p><b>OBS: OS VALORES DA VISITA TÉCNICA DEVEM ESTAR INCLUIDOS NOS VALORES DA MANUTENÇÃO</b></p>	01	3.222,00	DINATEST